

Al Procuratore Generale
Procura della Repubblica
Napoli

ESPOSTO

Il sottoscritto Marcello Taglialatela, nato a Napoli il 29 Novembre 1955 ed ivi residente, nella qualità di Presidente dell'Associazione "Campo Sud", con sede in Napoli alla via G. Ricciardi 7, espone alla S.V. quanto segue:

PREMESSO

- Che in data 6 Maggio u.s. prot. N. 123/20 è stato depositato dallo Scrivente un esposto riguardante le procedure di gara relative alla realizzazione degli Ospedali Covid in Campania;
- Che in data 15 Maggio u.s. prot. N. 1293/20 è stato depositato dallo Scrivente una integrazione all'esposto sopra citato;
- Che in data 28 Maggio u.s. prot. N. 1443/20 è stato depositato dallo Scrivente una ulteriore integrazione agli esposti sopra citati;
- Che in data 3 Giugno u.s. è stata depositata dallo scrivente un'ulteriore altra integrazione agli esposti di cui sopra;
- Che in data 9 luglio u.s. prot. N. 1988/20 è stata depositata dallo scrivente ulteriore altra integrazione agli esposti di cui sopra;
- Che in data 7 agosto u.s. prot. N. 2529/20 è stata depositata dallo scrivente ulteriore altra integrazione agli esposti di cui sopra;
- Che in data 18 agosto u.s. è stata depositata dallo scrivente ancora una ulteriore altra integrazione agli esposti di cui sopra

PREMESSO

- Che nei giorni scorsi il sottoscritto ha ricevuto in forma anonima copia di 3 (tre) note inviate della Hospital Consulting SpA indirizzate alla ASL Napoli 1;
- Che, presumibilmente, alla stessa società la ASL in parola ha affidato l'incarico di controllo di tutte le apparecchiature oggetto di fornitura;

CONSTATATO

- Che nella prima nota, datata 8 settembre 2020 (all.to N. 1), la Hospital Consulting, in ordine alle operazioni propedeutiche alle attività di collaudo dei Ventilatori Polmonari - COVID CENTER di fornitura MED”, ha segnalato una rilevante serie di incongruenze tra quanto previsto negli atti di gara e quanto effettivamente riscontrato durante le operazioni di verifica e disimballaggio dei 72 ventilatori polmonari;
- Che tali incongruenze, unite alla mancanza di istruzioni in lingua italiana delle apparecchiature stesse, hanno avuto come conseguenza la impossibilità di procedere alle attività di collaudo;

RILEVATO

- Che nella seconda nota, datata 14 settembre 2020 (allegato N. 2), avente ad oggetto “Proseguo operazioni propedeutiche al collaudo dei 72 Ventilatori Polmonari allocati presso COVID CENTER di fornitura MED, la Hospital Consulting ha contestato, a seguito delle verifiche di sicurezza elettrica, il mancato rispetto dei limiti previsti dalle norme tecniche di settore, dichiarando ufficialmente la impossibilità di dare esito positivo alle operazioni di collaudo dei ventilatori stessi;

EVIDENZIATO

- Che nella terza nota, datata 15 settembre 2020 **ed indirizzata inspiegabilmente anche alla TECNOMEDICAL srl** (allegato N. 3), avente ad oggetto “Proseguo operazioni propedeutiche al collaudo dei ventilatori polmonari...” la Hospital Consulting eccipe ancora una volta la impossibilità di poter accedere alle istruzioni in lingua italiana, rilevando, altresì, la comparsa di display di allarme in lingua tedesca;

PRESO ATTO

- Che alla data odierna non risulta che la ASL Napoli 1 abbia dato alcun riscontro alle rilevanti irregolarità segnalate dalla Hospital Consulting;
- Che tale presunta inerzia potrebbe aver determinato, pur in assenza di collaudo, l'utilizzo di tali apparecchiature con le inevitabili conseguenze di pericolo per i malcapitati pazienti;

CHIEDE

di voler considerare tutto quanto sopra riportato come ulteriori elementi aggiuntivi agli esposti già depositati e richiamati in premessa, e di valutare la esistenza di comportamenti contrari alla legge e, quindi, passibili di reato.

Napoli, 29 settembre 2020

Marcello Tagliatela

Si allega quanto segue:

1. Nota Hospital Consulting SpA in data 8 settembre 2020;
2. Nota Hospital Consulting SpA in data 14 settembre 2020;
3. Nota Hospital Consulting SpA in data 15 settembre 2020;